

Для пользователей, которые скачивали обновление в ближайшие дни необходимо установить обновление версии 5.1.514 (или выше). В последних обновлениях была допущена ошибка, которая могла приводить к проблемам при использовании команды "Оценка условий труда" для протокола "Аэрозоли ПФД". Приблизительный диапазон версий для которых может проявляться проблема - 5.1.506-5.1.513.

Условия возникновения ошибки: указывается вредный класс условий труда при вводе в протокол малых значений концентрации, когда расчетная суммарная кратность превышения ПДК находится на низком уровне ($\ll 0.1$) и условия труда должны быть явно допустимыми.

Во всех остальных случаях расчет производится верно.

Номер версии обновления А-5.1 - 5.1.514 или выше.

Номер текущей версии ПО можно посмотреть в заголовке окна "База РМ", как показано на рисунке:

